

ALCANCE DE ACREDITACIÓN ORGANISMO DE ENSAYOS

VYMME S.A.

Matriz: Samborondón, Km 45 Vía Durán Tambo Frente Bodegas Plastigama **Telf:** +593 99 413 7685 **Ext:** N/A

e-mail: vymme.ecuador@gmail.com

Ciudad: Samborondón - Ecuador

Fecha de acreditación inicial: 2024/07/10

ACREDITACIÓN NÚMERO: Por definir

UNIDAD TÉCNICA: N/A

Nota: Se identificarán los alcances suspendidos con un sombreado de color gris oscuro

Está acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2017, para las siguientes actividades:

Matriz

Alcances

Categoría	En laboratorio				
Campo	Ensayo en medidores de agua potable				
Producto o material a ensayar	Ensayo	Técnica	Rango	Método Interno	Método Referencia
Medidores de agua DN (15 a 40) mm	Porcentaje de error de medición (% error)	Medición de Caudal	0,003 m3/h - 15,600 m3/h	Procedimiento Interno PEE-01	Norma ISO 4064-1: 2014 Parte 1 Norma ISO 4064-2: 2014 Parte 2